

理研計器株式会社からの報告の概要
(3月12日17時00分までに受けたもの)

- 3月5日、理研計器株式会社開発センターにおいて、密封線源（アメリシウム241、18.5 kBq）が取り付けられた機器（熱粒子化式センサ）の解体作業に伴って回収した800個の密封線源のうち、1個が所在不明であることが判明した。
- 当該密封線源の捜索を行っていたが、発見に至らなかったことから、3月12日15時00分に放射性同位元素の所在不明と判断した。
- 本事象による被ばく及び汚染は確認されていない。

以上